

# Deklaracja Zgodności UE

CE 1461

# ATEX



My,

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe "Pro-Service" sp. z o.o.  
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 4  
tel./fax : 012 425-90-90  
www.pro-service.com.pl, email : pro@alarmgas.com

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Nazwa: **Uniwersalna Głowica Gazometryczna**

Typ: **uniTOX IV**

Model: **uniTOX IV/E/S  
uniTOX IV/PP/S  
uniTOX IV/IR/S  
uniTOX IV/E/D  
uniTOX IV/PP/D  
uniTOX IV/IR/D**

posiada cechę budowy przeciwwybuchowej  **II 2G Ex db IIC T6 Gb**

potwierzoną przez certyfikat badania typu WE : **OBAC 10 ATEX 030X z załącznikami nr 1 i 2**  
(wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji sp. z o.o. – jednostka notyfikowana nr : 1461)  
i jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 2014/34/UE (ATEX) i 2014/30/UE (EMC)  
oraz następującymi normami:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09, PN-EN 60079-1:2014-12	- (ATEX)
PN-EN 61000-6-2:2008, PN-EN 61000-6-4:2008	- (EMC)
PN-EN 50270:2015-04E,	- (EMC),

oraz zakład posiada system zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem :  
**OBAC 22 ATEXQ 010** (wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji sp. z o.o. –  
jednostka notyfikowana nr : 1461)

Kierownik Techniczny

mgr inż. Tadeusz Kapusta

Prezes

mgr Miroslaw Stecuła

Kraków 15.12.2022